

Техническое задание

**Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),  
исполнение "Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя патрубками".**

Назначение: Сменный полиэтиленовый мундштук должен быть предназначен для использования с анализаторами паров этанола Алкотектор PRO-100/PRO-100 combi/MARK-V. Специальная форма мундштука должна обеспечивать избыточное давление воздуха на входе заборной системы анализатора во время выдоха и тем самым должна обеспечивать возможность контроля расхода и длительности выдыхаемого воздуха.

Каждый мундштук должен иметь 2 патрубка, длина каждого патрубка не более 5 мм.

Мундштук должен быть изготовлен в соответствии с ТУ 22.29.29-001-82139963-2017.

Каждый мундштук должен быть помещен в индивидуальную упаковку.

Длина не более 126 мм.

Поставляемый Товар должен быть полностью совместим с Анализаторами паров этанола PRO-100/PRO-100 combi/MARK-V